
Esclarecimentos PE 003/2025 _ Instituto Vital Brasil - RJ _ Abertura 11/06/2025

De : Licitações Proscience
<licitacoes@proscience.com.br>

seg., 02 de jun. de 2025 12:21

 1 anexo

Assunto : Esclarecimentos PE 003/2025 _ Instituto Vital Brasil
- RJ _ Abertura 11/06/2025

Para : licitacao@vitalbrazil.rj.gov.br

Boa tarde. Prezados.

Seguem solicitação de esclarecimento:

Gostaríamos de solicitar esclarecimento referente às especificações técnicas do produto solicitado.

Item 2 – Lavadora de microplacas

- 1- Equipamentos com plataforma em material não autoclavável poderão concorrer ao certame?
- 2- O esclarecimento é de suma importância para aumentar a oferta e disputa pelo item, além da disponibilidade do produto adequado.

Atenciosamente,

PROSCIENCE
Produtos para Laboratórios

EMILY MATOS
DEP. LICITAÇÕES
licitacoes@proscience.com.br

R. Santa Mônica, 820 - Bloco B
Parque Industrial San José
Cotia-SP | 06715-865
11 3197-2867



PE 003 2025 SEI_101132575_Edital_de_Licitacao_3.pdf

6 MB



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Vital Brazil

Gerência de Licitações

Ao Departamento de Controle Biológico,

Encaminhamos o presente processo com o pedido de esclarecimento (101504495), formalizado pela empresa **PROSCIENCE** (localizada em Cotia/SP), para manifestação desse Departamento.

Lembramos que a licitação está agendada para o dia 11/6/2025 às 10h e que, de acordo com o item 8.2.1 do Edital de Licitação nº 3 (101132575), **a resposta a esse pedido de esclarecimento deve ser encaminhada até, no máximo, 10/6/2025 às 8:59h.**

Desse modo, solicitamos retorno dos autos com a resposta antes desse prazo para encaminhamento à empresa e demais providências necessárias.

Atenciosamente,

Gerência de Licitações

Niterói, 02 de junho de 2025



Documento assinado eletronicamente por **Thamiris Guimarães Viana Eckhardt, Analista**, em 02/06/2025, às 13:36, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **101503688** e o código CRC **56C1883E**.

Referência: Processo nº SEI-080004/000477/2025

SEI nº 101503688

Rua Maestro José Botelho, 64, - Bairro Vital Brazil, Niterói/RJ, CEP 24230-410

Telefone:



Governo do Estado do Rio de Janeiro

Instituto Vital Brazil

Diretoria Presidência

À Gerência de Licitações,

Em resposta ao despacho 101503688 concernente ao pedido de esclarecimento 101504495, informamos que o equipamento deve possuir plataforma em material autoclavável conforme Especificação de Requerimento do Usuário (ERU) e Estudo Técnico Preliminar (ETP).

Atenciosamente,

Thais Colares

Departamento de Controle Biológico

Niterói, 04 de junho de 2025



Documento assinado eletronicamente por **Thais de Andrade Oliveira Colares, Médica Veterinária**, em 04/06/2025, às 10:21, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento nos art. 28º e 29º do [Decreto nº 48.209, de 19 de setembro de 2022](#) e no art. 4º do [Decreto nº 48.013, de 04 de abril de 2022](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.rj.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=6, informando o código verificador **101697743** e o código CRC **F43B0A77**.

Referência: Processo nº SEI-080004/000477/2025

SEI nº 101697743

Rua Maestro José Botelho, 64, - Bairro Vital Brazil, Niterói/RJ, CEP 24230-410
Telefone: