



Licitação Vital Brazil <licitacao.vitalbrazil@gmail.com>

ENC: 2º Solicit. de Pedido de Esclarectos.: PE 005/2020 e solicitação (disponibilização de planilhas em Excel)

Vendas2 - Sertin <vendas2@sertin.com.br>

18 de março de 2020 17:02

Para: licitacao.vitalbrazil@gmail.com

Cc: Supervisora <vendas1@sertin.com.br>

Boa tarde à todos,

A Sertin Instrumentação, cnpj 45.997.558/0001-21 tem interesse na participação do certame.

Favor disponibilizarem às planilhas em Excel, desde o LT 01 até o LT 61.

Objeto:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUALIFICAÇÃO, VALIDAÇÃO, CALIBRAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS.

LT 14 Células de carga 5 itens, (especificar grandezas).

LT 48 Item 7 – menciona conjunto de massas de 10 mg à 100 gr (especificar quantidade e grandezas).

Item 13 – idem 1 g à 500 g (especificar quantidade e grandezas).

Motivo: Impacta diretamente na composição de preços.

Fico no aguardo informações o mais breve possível.

Sds

*Ficamos à inteira disposição de V.S.as
Conte conosco!!***Gilberto Monteiro**
Vendas**Instrumentação, Automação, Calibração & Qualificação**

11-2485-5460

vendas2@sertin.com.br

11-2452-5214

www.sertin.com.br**Antes de imprimir, pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE!**

Esta mensagem é uma correspondência reservada e sua divulgação, distribuição, reprodução ou qualquer forma de utilização depende de autorização, sujeitando-se o responsável a medidas judiciais. O remetente utiliza o correio eletrônico no exercício do seu Trabalho ou em razão dele, eximindo esta instituição de qualquer responsabilidade por utilização indevida. Se você recebeu por engano, favor eliminá-la.

Acesse nosso escopo INMETRO:

RBC: Massa / Pressão / Temperatura e Umidade / Volume e Massa Específica / Tempo e FrequênciaRBLE: Ensaio Térmico

RBLE: Ensaaios Térmicos



Licitação Vital Brazil <licitacao.vitalbrazil@gmail.com>

ENC: 2º Solicit. de Pedido de Esclarectos.: PE 005/2020 e solicitação (disponibilização de planilhas em Excel)

Licitação Vital Brazil <licitacao.vitalbrazil@gmail.com>

19 de março de 2020 10:30

Para: Vendas2 - Sertin <vendas2@sertin.com.br>

Prezados,

Agradecemos mais uma vez o interesse da participação do certame, porém, não é possível atender o solicitado em relação à disponibilização da planilha em Excel, pois é **VEDADO** a disponibilização sem ser em PDF, que se encontra no Anexo I – Termo de Referência.

Quanto ao pedido formulado anteriormente, estamos aguardando a resposta da Área Técnica para disponibilizar a Vossa Senhoria.

Att,

Gerência de Licitações

Instituto Vital Brazil

Rua Maestro José Botelho, nº 64, Vital Brazil, Niterói - RJ, Cep 24.230-410

Tel (21) 2711-9236 ou (21) 2711-9223 ramal 172

[Texto das mensagens anteriores oculto]

--

Att,

Gerência de Licitações

Instituto Vital Brazil

Rua Maestro José Botelho, nº 64, Vital Brazil, Niterói - RJ, Cep 24.230-410

Tel (21) 2711-9236 ou (21) 2711-9223 ramal 172



Licitação Vital Brazil <licitacao.vitalbrazil@gmail.com>

ENC: 2º Solicit. de Pedido de Esclarectos.: PE 005/2020 e solicitação (disponibilização de planilhas em Excel)

Vendas2 - Sertin <vendas2@sertin.com.br>

19 de março de 2020 11:27

Para: Licitação Vital Brazil <licitacao.vitalbrazil@gmail.com>

Bom dia Sr. Jean,

O pedido de esclarecimento refere-se:

LT 14 Célula de Carga é balança? (Qual a capacidade máxima a ser aferida?), se possível citar faixa.

Lt 48 – itens: 7 e 13 mencionam conjuntos de pesos. Favor informarem a classe e quantidade de peças contidas em cada conjunto.

Fico no aguardo da disponibilização das planilhas em sendo possível.

Agradecendo desde já.

Grato

[Texto das mensagens anteriores oculto]

19/03/2020

Gmail - ENC: 2º Solicit. de Pedido de Esclarectos.: PE 005/2020 e solicitação (disponibilização de planilhas em Excel)



Licitação Vital Brazil <licitacao.vitalbrazil@gmail.com>

ENC: 2º Solicit. de Pedido de Esclarectos.: PE 005/2020 e solicitação (disponibilização de planilhas em Excel)

Licitação Vital Brazil <licitacao.vitalbrazil@gmail.com>

19 de março de 2020 13:51

Para: Vendas2 - Sertin <vendas2@sertin.com.br>

Prezados Senhores,

Segue anexo o pedido de esclarecimento formulado por V.Sa.

[Texto das mensagens anteriores oculto]



Dir Adm031920134149.pdf

128K



Governo do Estado do Rio de Janeiro
Secretaria de Estado de Saúde
Instituto Vital Brazil

CI Nº: GQ.P 37/2020

Niterói, 19 de março de 2020

De: Garantia da Qualidade
Para: Gerência de Licitações

Assunto: Resposta a CI – GER. LICIT. Nº 012/2020

Seguem os esclarecimentos solicitados pela empresa SERTIM INSTRUMENTAÇÃO:

Em relação ao LT 14:

Equipamento	Patrimônio	Capacidade (kg)	Grandeza
Célula de Carga	WT15-11	500	Massa
Célula de Carga	16643	900	Massa
Célula de Carga	16643	900	Massa
Célula de Carga	14393	900	Massa
Célula de Carga	14393	900	Massa

Em relação ao LT 48, Item 7:

Equipamento	Patrimônio	Quantidade	Classe	Grandeza
Peso Padrão (Conjunto de massas de 10mg a 100g)	888814	16	M2	Massa
Peso Padrão (Conjunto de massas de 1g a 500g)	888818	9	F1	Massa

Atenciosamente,


Sandra Lucia Assis Vieira
Coordenadora da
Garantia da Qualidade